

ACREDITACIÓN
H-58

 2022-05-18
 Revisión: 02

Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Humedad relativa	Higrómetros con clase de exactitud: ≥ 1 % HR	Directo por comparación	11.3 % HR	0.80	% HR	0.80	absoluta	
			22 % HR	0.84		0.84		
			32 % HR	0.84		0.84		
			43 % HR	0.96		0.96		
			52 % HR	0.96		0.96		
			57 % HR	0.97		0.97		
			75 % HR	0.92		0.92		
			84 % HR	1.2		1.2		
97.3 % HR	1.6	1.6						
Humedad relativa	Higrómetros con clase de exactitud: ≥ 1 % HR	Directo por comparación	13.5 % HR a 94.7 % HR	0.79 a 0.93	% HR	0.79 a 0.93	absoluta	

Lo anterior por conducto de los signatarios siguientes:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

1. Jesús Enrique Lerma García
2. Braulio Herrera Ortuño